



EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING - CERTIFICATE OF CONFORMITY

Omschrijving van het product

Naam: Niet steriel wegwerp mondmasker - Disposable face mask non-sterile
Lot No. from 20200310 to 20201230
Model: HL met platte oorlussen
Afmeting: 175 X 95 mm
Classificatie: Type IIR - niet steriel
BFE Efficiëntie: $\geq 98\%$ @ 3μ
Bestemming: Europese Unie

Deze verklaring van overeenstemming wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant:
GUANGDE HUILONG ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO., LTD. NANHUAN RD., GUANGDE ECONOMY DEVELOPMENT ZONE, XUANCHENG, ANHUI.

Naam en adres van zijn gemachtigde: Filter-Technics bvba
Adrien Van Roeyenstraat 28, B-2070 Zwijndrecht, Belgium Tel +32 254.0567



Voorwerp van de verklaring:

Wegwerp mondmaskers type IIR met platte oorlussen niet steriel. Deze mondneusmasker zijn voor niet steriele toepassingen en vooral gebruikt in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Afbeelding van het mondneusmaskers hiernaast.

Normering

De mondneusmaskers werden geproduceerd volgens de productienorm: GB/T 32610-2016
Deze norm is in overeenstemming met de geharmoniseerde Europese norm: EN 14683:2019 + AC:2019

Geaccrediteerde test instanties

De maskers werden getest en goedgekeurd door de volgende twee geaccrediteerde test instanties: SGS report No.: GZHL2004008656MD-01
BeFitLab Test Technology Company report No : BT20033101617



Technische documentatie:

Een volledige technische documentatie is beschikbaar op bovenstaand adres. Hiermee wordt aangetoond dat dit product voldoet aan alle wettelijke Europese eisen volgens Europese norm: EN 14683:2019 + AC:2019

Kwaliteitscontroles

Gemachtigde verklaard om regelmatig kwaliteitscontroles uit te voeren op:

- Efficiëntie van het media d.m.v. en DustTrack II-Model 8532 en Sartorius 47mm membraanhouder.
- Kwaliteit van het media door een weging d.m.v. een Sartorius TE64 analytische weegschaal.
- Visuele controle van het media d.m.v. ME.2665 trinocular metallurgische microscoop.

Gedaan op 30 april 2020 te Filter-Technics bvba 2070 Zwijndrecht, Belgium

Bart Smets Zaakvoerder


FILTER-TECHNICS
A. VAN ROEYENSTRAAT 28
2070 ZWIJNDRECHT
☎ 03/254 05 67 Fax 254.04 95
BE 448.510.578
HRA 292 702

Adrien Van Roeyenstraat 28 · 2070 Zwijndrecht · TEL. 03 254 05 67 · FAX 03 254 04 95
RPR Antwerpen · BTW BE 0448.510.578 · IBAN BE84 2200 9885 5059 · SWIFT BIC GEBA BE BB