



## **EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING - CERTIFICATE OF CONFORMITY**

### *Omschrijving van het product*

*Naam:* KN95 mondmasker  
*Classificatie:* niet steriel  
*PFE Efficiëntie:*  $\geq 95\%$   
*Bestemming:* Europese Unie

*Deze verklaring van overeenstemming wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant:  
GUANGDE HUILONG ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO., LTD. NANHUAN RD., GUANGDE ECONOMY  
DEVELOPMENT ZONE, XUANCHENG, ANHUI.*

*Naam en adres van zijn gemachtigde: Filter-Technics bvba  
Adrien Van Roeyenstraat 28, B-2070 Zwijndrecht, Belgium Tel +32 254.0567*

### *Voorwerp van de verklaring:*

*KN95 mondmasker met oorlussen niet steriel. Deze mondneusmasker zijn voor niet steriele toepassingen en vooral gebruikt in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.  
Afbeelding van het mondneusmaskers hiernaast.*



### *Normering*

*De mondneusmaskers werden geproduceerd volgens de productienorm: GB 2626-2006  
Deze norm is in overeenstemming met de geharmoniseerde Europese norm: EN 149:2001+A1:2009*

### *Geaccrediteerde test instanties*

*De maskers werden getest en goedgekeurd door de volgende geaccrediteerde testinstantie:  
Zhejiang Light Industrial Products Inspection and Research Institute Test Nr : W202006889*



### *Technische documentatie:*

*Een volledige technische documentatie is beschikbaar op bovenstaand adres. Hiermee wordt aangetoond dat dit product voldoet aan alle wettelijke Europese eisen volgens Europese norm: EN 149:2001+A1:2009*

### *Kwaliteitscontroles*

*Gemachtigde verklaard om regelmatig kwaliteitscontroles uit te voeren op:*

- *Efficiëntie van het media d.m.v. en DustTrack II-Model 8532 en Sartorius 47mm membraanhouder.*
- *Kwaliteit van het media door een weging d.m.v. een Sartorius TE64 analytische weegschaal.*
- *Visuele controle van het media d.m.v. ME.2665 trinocular metallurgische microscoop.*

*Gedaan op 30 april 2020 te Filter-Technics bvba 2070 Zwijndrecht, Belgium*

*Bart Smets Zaakvoerder*

  
**FILTER-TECHNICS**  
A. VAN ROEYENSTRAAT 28  
2070 ZWIJNDRECHT  
☎ 03/254 05 67 Fax 254.04 95  
BE 448.510.578  
HRA 292 702